

# 仕 様 書

## 1 品名・個数

- (1) ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 20台
- (2) ビデオ硬性挿管用喉頭鏡用ブレード 2セット (1セット10本入り)

## 2 構造・機能等

### (1) ビデオ硬性挿管用喉頭鏡

- ア 質量は200g未満であること。(ブレード及び電池未装着時)
- イ モニタ画面上にターゲットマークが表示されること。
- ウ 気管挿管時にスタイレットが不要であること。
- エ 専用のブレードを接続することができ、ガイド溝に気管内チューブを固定し気管内に挿入できること。
- オ 防水保護機能はIPX7以上であること。
- カ モニタ画面を外部出力する機能を有すること。
- キ モニタはカラーLCDであること。
- ク 光源は白色LEDであること。

### (2) ビデオ硬性挿管用喉頭鏡用ブレード

- ア 上記2(1)に装着可能であること。
- イ 対応チューブ外径が7.5~10.0mmであること。

## 3 本仕様書に疑義が生じた場合は、当研修所と協議し決定すること。

以上