

仕 様 書

1 品名・数量

メインストレッチャー 5台

2 仕様

(1) 脚部について

- ア 上下の固定方式がスラムラッチ方式であること。
- イ 最大荷重が200kg以上であること。
- ウ 前後の脚部が独立して稼働するシステムを有すること。
- エ 5段階以上の高さ調節機能を有していること。
- オ ベッド面の高さを上昇させる際は、リリースハンドルを握らなくても脚部が稼働する機構を有していること。
- カ リリースハンドルに安全機構を有していること。
- キ 前輪キャスターにスイーベル機構を有していること。
- ク 高さ調節時のロック、解除の状態を目視で確認できる構造を有していること。

(2) 着脱式ストレッチャーについて

- ア バックレストは無段階調節が行える機構を有していること。
- イ 椅子型ポジション変化できる機構を有していること。
- ウ 前後に伸縮式のハンドル（持ち手）機構を有していること。

3 その他

- (1) 故障等に対し、迅速な対応ができること。
- (2) 上記の条件を満たしており、「エクステンジストレッチャー モンディアル ST70-J・RS-J」（ファーノ社）と同等以上の機能を有している製品についても可とする。
- (3) 製品・品質保証があるものとし、特に、保証期間内に施工上の欠陥あるいは使用材料の不良により生じた故障箇所は、保証を基本としつつ製品メーカーと修繕方法等を検討し、発注者へ報告の上、無償にて修理・交換を速やかに完了すること。なお、「エクステンジストレッチャー モンディアル ST70-J・RS-J」（ファーノ社）以外の物で応札を希望する場合は、救急救命九州研修所研修課担当者と事前に協議すること。