

仕 様 書

1 品名・数量

分娩介助モデルセット 22組

2 仕様

- (1) 外陰部の伸びがよく、会陰保護の訓練が行えること。
- (2) 骨盤位の牽出術の訓練が行えること。
- (3) 臍帯結紮が行え、実際に切断も行えること。
- (4) 胎児娩出・臍帯結紮・切断・胎盤娩出までの一連の流れで訓練が行えること。
- (5) 胎盤は、卵膜裂口部分を3枚に剥離し、胎盤の精査や卵膜欠損の有無を確認出来ること。
- (6) 胎児モデルは矢状縫合と小泉門が確認出来ること。
- (7) シリコンゴム製であり、生体に近い感触を有すること。
- (8) 故障等に対し、迅速な対応ができること。
- (9) 上記の条件を満たしており、「分娩介助モデルセット LM-101B」(株式会社 高研)と同等以上の機能を有している製品についても可とする。
- (10) 製品・品質の保証があるものとし、特に、保証期間内に施工上の欠陥あるいは使用材料の不良により生じた故障箇所は、保証を基本としつつ製品メーカーと修繕方法等を検討し、発注者へ報告の上、無償にて修理・交換を速やかに完了すること。なお、「分娩介助モデルセット LM-101B」(株式会社 高研)以外の物で応札を希望する場合は、救急救命九州研修所研修課担当者と事前に協議すること。