

仕 様 書

1 品名・数量

メインストレッチャー 5台

2 構成品

(1) 脚部について

- ア 上下の固定方式がスラムラッチ方式であること。
- イ 最大荷重が200kg以上であること。
- ウ 前後の脚部が独立して稼働するシステムを有すること。
- エ 5段階以上の高さ調節機能を有していること。
- オ ベッド面の高さを上昇させる際は、リリースハンドルを握らなくても脚部が稼働する機構を有していること。
- カ リリースハンドルに安全機構を有していること。
- キ 前輪キャスターにスイーベル機構を有していること。
- ク 高さ調節時のロック、解除の状態を目視で確認できる構造を有していること。

(2) 着脱式ストレッチャーについて

- ア バックレストは無段階調節が行える機構を有していること。
- イ 椅子型ポジション変化できる機構を有していること。
- ウ 前後に伸縮式のハンドル（持ち手）機構を有していること。

(3) その他

- ア 故障等に対し、迅速な対応ができること。
- イ 上記の条件を満たしており、現在保有するもの（エクステンジストレッチャー「モンディアルST70」）と同等以上の機能を有している製品についても可とする。
- ウ 製品・品質保証があるものとし、特に、施工上の欠陥あるいは使用材料の不良により生じた故障箇所は、保証を基本としつつ製品メーカーと修繕方法等を検討し、発注者へ報告の上、無償にて修理を完了すること。