

# 仕 様 書

## 1 品名・数量

自動式心マッサージ器（付属品及び予備バッテリー1個含む） 1器

機種名：corplus cpr

## 2 仕様

### (1) 圧縮パラメーターについて

ガイドライン2020で示されている内容を満たし良質な胸骨圧迫が可能であること。

ア 圧迫回数：100～120回／分の回数で作動できること。

イ 圧迫深度：5cm～6cmを超えない（小児にあつては胸郭の3分の1）範囲の深度調整が可能であること。

ウ 処置モード：30：2／15：2／連続作動が可能であること

### (2) 患者パラメーターについて

ア 当研修所の小児用訓練人形の胸郭高（14cm）に使用可能であること。

イ 胸部の幅に使用制限がないこと。

ウ 8歳以上の小児に使用できること。

### (3) 操作パラメーターについて

ア 動力源：電気

イ 電気供給：DC12～33V（車載電源）、AC100～240V（電源50～60Hz）において使用が可能であること。

ウ 充電サイクルおおむね300回のバッテリー。

エ 稼働時間：通常おおむね90分

### (4) 保証等について

製品・品質の保証があるものとし、特に、保証期間内に施工上の欠陥あるいは使用材料の不良により生じた故障箇所は、保証を基本としつつ製品メーカーと修繕方法等を検討し、発注者へ報告の上、無償にて修理・交換を速やかに完了すること。