

仕様書

1 総則

この仕様書は、一般財団法人救急振興財団（以下「財団」という。）が買い入れする心肺蘇生訓練用人形（成人・乳児）及びAEDトレーナーについて必要な事項を定める。

2 心肺蘇生訓練用人形（成人）の性能等

(1) 人形本体

- ア 頭部、頸部及び体幹部を有すること。
- イ 口対口人工呼吸（以下「人工呼吸」という。）及び胸骨圧迫が実施できること。
- ウ 人工呼吸及び胸骨圧迫実施時の評価機能を有すること。なお、その性能については事前に当財団と協議すること。
- エ 電源は内蔵電池によるものとする。
- オ 換気状態の確認が胸部の上昇と下降により確認できること。
- カ 気道及び肺を有するもので、訓練実施者の感染防止が図れること。
- キ 「JRC蘇生ガイドライン2020」に準拠した心肺蘇生法の訓練ができるものであること。

(2) 人形本体の寸法及び重量等

- ア 全長は概ね70cm以上180cm以下であること。
- イ 人形本体の重量は概ね20kg以下であること。
- ウ 収納ケースに収納する際は概ね100cm以下の長さになること。
- エ 人形にはトレーニングウェアを着用させるとともに、上衣の左前胸部に別図1の表示を貼り付けること。

(3) 収納ケース

- ア 成人一人で訓練用人形の収納及び搬送ができること。
- イ 搬送が容易にできる構造であること。
- ウ 外寸法（キャスター等は含まないものとする。）は、概ね縦100cm×横60cm×高さ35cm以下とし、収納ケースの中央に別図2に定める表示を行うこと。

(4) 取扱説明書の添付

納入時には次の事項を記載した取扱説明書を添えること。

- ア 各部の名称、機能及び構造
- イ 取扱要領及び注意事項
- ウ 日本語での記載とし、これによりがたい場合はイラスト等で取扱者が理解できるように明記すること。

3 心肺蘇生訓練用人形（乳児）の性能等

(1) 人形本体

- ア 頭部、頸部、体幹部及び四肢を有すること。
- イ 乳頭を有すること。
- ウ 人工呼吸及び胸骨圧迫が実施できること。
- エ 人工呼吸及び胸骨圧迫実施時の評価機能を有すること。なお、その性能については事前に当財団と協議すること。
- オ 電源は内蔵電池によるものとする。
- カ 換気状態の確認が胸部の上昇と下降により確認できること。

- キ 胸部及び背部にAEDトレーナーパッドが貼付できること。
- ク 気道及び肺を有するもので、訓練実施者の感染防止が図れること。
- ケ 「JRC蘇生ガイドライン2020」に準拠した心肺蘇生法の訓練ができるものであること。

(2) 人形本体の寸法及び重量等

- ア 全長（頭部からつま先まで）は概ね50cm以上70cm以下であること。
- イ 人形本体の重量は概ね3.5kg以下であること。
- ウ 専用の収納ケースに収納できること。
- エ 人形には下着を着用させるとともに、別図1の表示を貼り付けること。

(3) 収納ケース

- ア 成人一人で訓練用人形の収納及び搬送ができること。
- イ 搬送が容易にできる構造であること。
- ウ 収納ケースの中央に別図2に定める表示を行うこと。

(4) 取扱説明書の添付

納入時には次の事項を記載した取扱説明書を添えること。

- ア 各部の名称、機能及び構造
- イ 取扱要領及び注意事項
- ウ 日本語での記載とし、これによりがたい場合はイラスト等で取扱者が理解できるように明記すること。

4 AEDトレーナー

- (1) 実際のAEDと同様の操作手順であること。
- (2) 電極パッドから放電しない装置であること。
- (3) バッテリーは電池式であること。
- (4) 数種類の蘇生シナリオが選択可能であること。
- (5) 蘇生シナリオの選択は、本体で操作できるほかりモートコントローラー又は専用アプリでも変更操作ができること。
- (6) 日本語の取扱説明書を添付すること。これによりがたい場合はイラスト等で取扱者が理解できるように取扱いについて明記すること。
- (7) 付属品については、機器本体付属品（少なくとも収納バック及び予備電極パッド）のほか、リモートコントローラー1個（専用アプリの場合を除く。）及び交換用電極パッド5組とし、収納後は直ちにトレーニングができること。
- (8) AED本体の最も目に付きやすい場所に別図3に定める表示を行うこと。
- (9) 「JRC蘇生ガイドライン2020」に準拠した心肺蘇生法の訓練ができるものであること。

5 納入先

上記資器材等については、消防本部へ直接納入すること。

なお、納入先については別途指示する（納入品は、それぞれ心肺蘇生訓練用人形（成人・乳児）各一式及びAEDトレーナー一器とする）。

6 納入期日

令和6年9月24日（火）

7 納入条件等

- (1) 納入が完了した際には、財団に受領書を送付するものとする。
- (2) 心肺蘇生訓練用人形（成人・乳児）、収納ケース及びAEDトレーナーについては、「一般財団法人日本宝くじ協会」の表示等を写真撮影し、納入以前に財団まで提出し承認を得るものとする。

8 支払い

代金の支払いは、納入が完了したことを当財団が確認した後とする。

9 その他

- (1) 仕様書の内容等に疑義が生じた場合は、必ず事前に当財団と調整を図るものとする。
- (2) 別図1、別図2及び別図3については、別途打ち合わせを行うものとする。

別図1 成人用上衣及び乳児下着表示要領



- ① 布地は、縦3 cm程度、横12 cm程度とする。
- ② 文字等の色は黒色とし、クーちゃん、クーちゃん横の「宝くじ」、クローバーマークをカラー表示とする。

別図2 心肺蘇生訓練用生体人形（成人・乳児）収納ケース・表示要領



- ① 地の色は白色又は銀色とする。
- ② 文字等の色は黒色とし、クーちゃん、クーちゃん横の「宝くじ」、クローバーマークをカラー表示とする。
- ③ 銘板の材質は、耐久性のあるものとする。
- ④ 銘板の大きさは、成人用が縦8 cm程度・横28 cm程度、乳児用が縦6 cm程度・横18 cm程度とする。

別図3 AEDトレーナー表示要領



- ① 地の色は、白色とする。
- ② 文字等の色は黒色とし、クーちゃん、クーちゃん横の「宝くじ」、クローバーマークをカラー表示とする。
- ③ 銘板の材質は、樹脂製シール素材とする。
- ④ 銘板の大きさは、縦4 cm以上、横14 cm以上とする。
- ⑤ 文字の大きさは、明確に文字等が読み取れる大きさとする。