

# 仕様書

## 1 品名・個数等

(1) 自動心マッサージ器（シミュレーション実習用） 1台

### (2) 付属品

ア バッテリー（充電式）・・・1個

イ 充電器・・・1個

ウ AC電源アダプタ・・・1個

エ バックプレート・・・1台

エ 収納ケース・・・1個

オ 取扱説明書・・・1冊

カ 保証書・・・1枚

### (3) 納品整備

一式

## 2 規格・品質等

### (1) 本体

ア 持ち運びが容易で、絶え間ない胸骨圧迫を行える装置であること。

イ 防塵防水規格がIP43以上の性能を備えていること。

ウ 胸骨圧迫深度は、5cm以上の圧迫が行えることとし、調整が可能であること。

エ 胸骨圧迫速度は、1分間あたり100回以上とし、調整が可能であること。

オ 胸骨圧迫換気比は、同期（胸骨圧迫30対2）及び非同期（連続）で使用可能であること。

カ 胸骨圧迫における胸郭の厚さの適応範囲内に17cmを含むこと。

キ 重量が、8.0kg以下（装着バッテリー含む）であること。

ク 本体及び付属品を収納できるバッグを有すること。

ケ バッテリー及びAC電源アダプタを接続することで作動すること。

コ 完全なリコイルが可能であること。

サ 訓練人形への装着が簡易な操作で行うことができること。

シ 装着後の使用が簡易な操作で完結できること。

ス 胸骨圧迫後の使用データを抜き出す機能を有すること。

### (2) 付属品

ア バッテリーは、充電することによって繰り返し使用が可能であること。

イ バッテリーは、カートリッジ方式で交換が可能であること。

ウ AC電源アダプタは、本体に接続可能で、接続することにより継続して本体の使用が可能であること。

エ バックプレートは、本体とワンタッチで接続及び着脱が可能であること。

オ バックプレートは、当研修所が使用する以下の搬送資器材と併用が可能であること。

- a メインストレッチャー
- b 布担架
- c スクープストレッチャー
- d バックボード

カ 収納ケースは、持ち手及び背負い用の肩ベルトを有しており、容易に持ち運びが可能であること。

### 3 納品整備について

納品に際しては設置調整を実施し、自動心マッサージ器一式をすぐに使用できる状態に整備すること。

### 4 その他

- (1) この仕様書の内容や資器材の構成内容等に関して疑義が生じた場合は、当研修所担当者と協議の上で決定すること。
- (2) 同等品は不可とする。